



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.p.A.

Dichiarazione di Conformità CE

rev 04 del 29 gennaio 2018

Prodotto REFLEXX 99 NHR art. R99/S – art. R99/M – art. R99/L- art. R99/XL _art. R99/XXL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 1/1

GUANTI MONOUSO IN NITRILE AD ALTA RESISTENZA **marchio Reflexx 99NHR**

La società REFLEXX S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN) in qualità di Fabbricante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- ❑ come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (CIMAC, centro autorizzato ministeriale n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420:2003 + A1 2009, EN 374-1:2016 TIPO B, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013 e EN 374-5:2016
- ❑ Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esame anche invasiva destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo con le normative EN 455 1-2-3 e 4. CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE.

**Progressivo di Sistema Attribuito al DM: mis. S/1555790 M/1555791
L/1555792 XL/1555793 XXL/1563938.**

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. 0375/833164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com