



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.p.A. Dichiarazione di Conformità CE rev 06 del 26 gennaio 2018

Prodotto: reflexx 70 art. R70/S – art. R70/M – art. R70/L– art. R70/XL- art. R70/XXL

Emessa da **G.Isetti - Amm.re Unico**

Pag.: 1/1

GUANTI MONOUSO IN NITRILE **marchio Reflexx 70**

La società REFLEXX S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN) in qualità di Fabbrikante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (CIMAC, centro autorizzato ministeriale n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420:2003 + A1 2009, EN 374-1:2016 TIPO B, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013 e EN 374-5:2016.

- Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esame anche invasiva destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo con le normative EN 455 1-2-3 e 4. CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE.

Progressivo di Sistema Attribuito al DM: mis. S/1535752 M/1528650 L/1535761 XL/1535764 XXL/1535767.

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. 0375/833164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com